

Test Report

No. : CT/2018/70053C

Date : 2018/09/18

Page: 1 of 4

PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP
 2F., NO. 68, SEC. 1, NEIHU RD., NEIHU DIST., TAIPEI, TAIWAN



The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the applicant as :

Sample Submitted By : PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP
 Sample Description : DISPOSABLE NITRILE GLOVES (BLUE)
 Style/Item No. : LOT#HL12050401
 Sample Material : NBR(N300ITRILE)
 Sample description(Item No.) : DISPOSABLE NITRILE GLOVES (BLACK/WHITE/VIOLET)
 of the same material
 Sample Receiving Date : 2018/07/03
 Testing Period : 2018/07/03 TO 2018/08/02 AND 2018/07/19 TO 2018/08/02 AND 2018/08/16 TO 2018/08/27

=====
Test Requested : As specified by client, the sample(s) was/were tested with reference to Resolution (EC) No 1935/2004, Council of Europe Resolution ResAP(2004)4. Please refer to result table for testing item(s).

Test Result(s) : Please refer to following pages.

* This report is added testing and combined with CT/2018/70053 *


 Singh Hsi-ao / Supervisor
 Signed for and on behalf of
 SGS TAIWAN LTD.
 Chemical Laboratory - Taipei



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Termse-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Test Report

No. : CT/2018/70053C

Date : 2018/09/18

Page: 2 of 4

PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP
2F., NO. 68, SEC. 1, NEIHU RD., NEIHU DIST., TAIPEI, TAIWAN



Test Result(s)

PART NAME No.1 : BLUE RUBBER GLOVE

PASS

Test Item(s)	Unit	Method	MDL	Result	Limit
				No.1	
Overall migration (3% Acetic Acid)	mg/dm ²	With reference to EN 1186 (2002). (70°C, 2 hrs)	3.0	7.83	10
Overall migration (10% Ethanol)	mg/dm ²		3.0	9.50	10
Overall migration (Rectified Olive Oil)	mg/dm ²		3.0	n.d.	10
Nitrosamines					
N-nitrosodimethylamine (CAS No.: 62-75-9)	mg/kg	With reference to EN 14350 (2004). Analysis was performed by GC/MS.	0.01	n.d.	0.01
N-nitrosodiethylamine (CAS No.: 10595-95-6)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosomethylethylamine (CAS No.: 55-18-5)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosodipropylamine (CAS No.: 621-64-7)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosomorpholine (CAS No.: 59-89-2)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosopyrrolidine (CAS No.: 930-55-2)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosopiperidine (CAS No.: 100-75-4)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosodibutylamine (CAS No.: 924-16-3)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosodiphenylamine (CAS No.: 86-30-6)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
Methylphenylnitrosamine (CAS No.: 614-00-6)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
Ethylphenylnitrosamine (CAS No. 612-64-6)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
N-nitrosodibenzylamine (CAS No.: 5336-53-8)	mg/kg		0.01	n.d.	0.01
Nitrosatable					
N-nitrosodimethylamine	mg/kg	With reference to EN 14350 (2004). Analysis was performed by GC/MS.	0.1	n.d.	0.1
N-nitrosodiethylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosomethylethylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosodipropylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosomorpholine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosopyrrolidine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosopiperidine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosodibutylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosodiphenylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
Methylphenylnitrosamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
Ethylphenylnitrosamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1
N-nitrosodibenzylamine	mg/kg		0.1	n.d.	0.1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Termse-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Test Report

No. : CT/2018/70053C

Date : 2018/09/18

Page: 3 of 4

PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP
2F., NO. 68, SEC. 1, NEIHU RD., NEIHU DIST., TAIPEI, TAIWAN



Test Item(s)	Unit	Method	MDL	Result	Limit
				No.1	
Specific migration of Primary Aromatic Amine (PAA)	mg/kg	With reference to EN 13130-1 (2004) and BfR recommendation XXI. Analysis was performed by UV-vis Spectrophotometer. (3% acetic acid, 70°C, 2 hrs)	0.002	n.d.	0.01 (▲1)

Remark :

- (▲1): Limit is according to Council of Europe Resolution AP (2004) 4.

Note :

1. mg/kg = ppm ; mg/dm² = milligram per square decimeter
2. MDL = Method Detection Limit
3. n.d. = Not Detected = below MDL
4. °C = degree Celsius
5. Test condition & simulant were specified by client.
6. This report supersedes the previous document bearing the test report number CT/2018/70053A.

Test Report

No. : CT/2018/70053C

Date : 2018/09/18

Page: 4 of 4

PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP
2F., NO. 68, SEC. 1, NEIHU RD., NEIHU DIST., TAIPEI, TAIWAN



* The tested sample / part is marked by an arrow if it's shown on the photo. *

CT/2018/70053




** End of Report **


EU Declaration of Conformity

We, **PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP.**, hereby declares that the following Personal Protective Equipment (PPE).

1. Model & Description ■ GNP (Disposable Nitrile Gloves, Powdered)
 ■ GNF (Disposable Nitrile Gloves, Powder-free)
2. Glove sizes XS, S, M, L, XL or 6, 7, 8, 9, and 10
3. Manufacturer **PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP.**
 2F No.68, Sec 1., Neihu rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan
 P. 886-2-6606-6688 P. 886-2-6606-1818
4. Classification Category III-Complex
5. It is in conformance with the Regulation (EU) No 2016/425 of the European Parliament and of the Council and national standards in some cases, in conformance with the harmonized standards conversion.
6. The notified body SATRA (Number: 2777) performed the EU type-examination certificate number is _____ (Module B).
7. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.
8. Europe Standard ✓ EN ISO 374-1:2016, ✓ EN 374-2: 2014
 ✓ EN 16523-1 :2015 ✓ EN 420:2003+A1:2009
 ✓ EN ISO 374-4:2013 ✓ EN ISO 374-5:2016,



For and on behalf of
PRECIOUS MOUNTAIN ENT. CORP.



Tammy Phone / Quality Manager
 Date: Nov. 09, 2018

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALES

1. Giấy chứng nhận số: 14 /CFS/BYT-TB-CT

- **Certificate No:**

2. Sản phẩm: Găng tay khám bệnh loại PVC (có bột/ không bột)

- **Product(s):** Vinyl Exam Gloves (Powder/ Powder-Free)

3. Chung loại/Model: 39262090; **Kích cỡ/ Size:** XS, S, M, L, XL

4. Công ty sở hữu hợp pháp: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

- **Product(s) Owner:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 01, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 1 Street, Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

5. Công ty sản xuất: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

- **Manufacturer:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 01, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 1 Street, Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

This is to certify that the above product(s) comply with the relevant standards of the S.R. Vietnam or equivalent and are allowed to be sold in Vietnam. The exportation of the product(s) is not restricted.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

This certificate is valid for three years from the date of issuance.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
FOR MINISTER OF HEALTH
DEPARTMENT OF MEDICAL DEVICE & CONSTRUCTION
DIRECTOR



Nguyễn Minh Tuấn

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALES

1. Giấy chứng nhận số: 15 /CFS/BYT-TB-CT

Certificate No:

2. Sản phẩm: Găng tay khám bệnh loại NBR không bột (màu xanh/ xanh đậm/ xanh coban/ trắng/ đen)

Product(s): Powdered Free Nitrile Exam Gloves (Blue/ Royal Blue/ Cobalt Blue/ White/ Black)

3. Mã hiệu/ Code: 40151900 **Kích cỡ/ Size:** XS, S, M, L, XL

4. Công ty sở hữu hợp pháp: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam).

- **Product(s) Owner:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 01, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 1 Street, Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

5. Công ty sản xuất: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

- **Manufacturer:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 9, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 9 Street, Giang Dien Industrial Zone, Trang Bom District, Dong Nai Province, Viet Nam


Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

This is to certify that the above product(s) comply with the relevant standards of the S.R. Vietnam or equivalent and are allowed to be sold in Vietnam. The exportation of the product(s) is not restricted.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

This certificate is valid for three years from the date of issuance.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
FOR MINISTER OF HEALTH
DEPARTMENT OF MEDICAL DEVICE & CONSTRUCTION
DIRECTOR



Nguyễn Minh Tuấn

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALES

1. Giấy chứng nhận số: 16 /CFS/BYT-TB-CT

Certificate No:

2. Sản phẩm: Găng tay khám bệnh loại PVC (có bột/ không bột)

Product(s): Vinyl Exam Gloves (Powder/ Powder-Free)

3. Mã hiệu/ Code: 39262090 **Kích cỡ/ Size:** XS, S, M, L, XL

4. Công ty sở hữu hợp pháp: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam).

- **Product(s) Owner:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 01, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 1 Street, Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province, Viet Nam

5. Công ty sản xuất: Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

- **Manufacturer:** Ever Global (VietNam) Enterprise Corporation

- **Địa chỉ:** Đường số 9, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- **Address:** No 9 Street, Giang Dien Industrial Zone, Trang Bom District, Dong Nai Province, Viet Nam

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

This is to certify that the above product(s) comply with the relevant standards of the S.R. Vietnam or equivalent and are allowed to be sold in Vietnam. The exportation of the product(s) is not restricted.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

This certificate is valid for three years from the date of issuance.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
FOR MINISTER OF HEALTH
DEPARTMENT OF MEDICAL DEVICE & CONSTRUCTION
DIRECTOR


Nguyễn Minh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1442/170000074/
PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế ;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số 170000074/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 13/7/2017;

Theo yêu cầu của Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) có địa chỉ tại: Đường số 01 khu Công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: *Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.*

Người thực hiện phân loại

Đào Duy Hòa



Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC

(Đính kèm Bản kết quả phân loại trang thiết bị Y tế số: 1442/170000074/PCBPL-BYT)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chung loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Găng tay khám bệnh loại PVC có bột	39262090 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL					
2	Găng tay khám bệnh loại PVC không bột	39262090 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL					
3	Găng tay khám bệnh loại NBR không bột màu xanh	40151900 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Găng tay y tế được các bác sĩ sử dụng khi khám sức khỏe cho bệnh nhân nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh và tránh gây thương tích cho người bệnh	Quy tắc 5, phân II, Thông tư 39/2016/TT-BYT	A
4	Găng tay khám bệnh loại NBR không bột màu xanh đậm	40151900 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL					
5	Găng tay khám bệnh loại NBR không bột màu xanh coban	40151900 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL					



PHỤ LỤC

(Đính kèm Bản kết quả phân loại trang thiết bị Y tế số: 1442/170000074/PCBPL-BYT)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chung loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
6	Găng tay khám bệnh loại NBR không bột màu trắng	40151900 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Găng tay y tế được các bác sĩ sử dụng khi khám sức khỏe cho bệnh nhân nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh và tránh gây thương tích cho người bệnh	Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT	A
7	Găng tay khám bệnh loại NBR không bột màu đen	40151900 Kích cỡ: XS, S, M, L, XL	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Công ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)/ Việt Nam	Găng tay y tế được các bác sĩ sử dụng khi khám sức khỏe cho bệnh nhân nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh và tránh gây thương tích cho người bệnh	Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT	A

Số:/180000026/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: **CÔNG TY TNHH QUỐC TÊ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)**

Địa chỉ: Đường số 01 khu Công Nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ sản xuất: Đường số 9 KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế số 180000026/PCBPL-BYT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Vụ trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế cấp cho Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC;

Căn cứ đơn đề nghị phân loại trang thiết bị y tế và các hồ sơ gửi kèm ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Quốc tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam);
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC phân loại trang thiết bị y tế như sau:

1. Nguyên tắc sử dụng để phân loại:

Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc 4, mục A, Phần II của Phụ lục I, Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Chi tiết kết quả phân loại:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng nước chủ sở hữu	Loại trang thiết bị y tế
1	Găng tay Vinyl (PVC)	Găng tay PVC có bột (Powdered Vinyl Gloves)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A
2	Găng tay Vinyl (PVC)	Găng tay PVC không bột (Powdered Free Vinyl Gloves)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A
3	Găng tay Nitrile (NBR)	Găng tay NBR không bột (Nitrile Glove Powder Free Blue)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tê Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A

TQC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Thành phố Hà Nội
Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài,
P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 024 6680 0338
Hotline: 0945.659.168
Email: info@tqc.vn

Thành phố Đà Nẵng
Tầng 2, số 03 Hồ Tung,
Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0868.863.818
Email: vpdn@tqc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 1, số 86, Đường số 7 (95 Trần Thị
Nghị), Khu Cityland Center Hills,
Phường 7, Q. Gò Vấp
Điện thoại: 028.62701386; 0988.397.156
Email: vpsg@tqc.vn

1/2



4	Găng tay Nitrile (NBR)	Găng tay NBR không bột (Nitrile Glove Powder Free (Royal Blue))	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A
5	Găng tay Nitrile (NBR)	Găng tay NBR không bột (Nitrile Glove Powder Free (Cobalt Blue))	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A
6	Găng tay Nitrile (NBR)	Găng tay NBR không bột (Nitrile Glove Powder Free White)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A
7	Găng tay Nitrile (NBR)	Găng tay NBR không bột Nitrile Glove Powder Free Black)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)	A

Nơi nhận:


- Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng



TQC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Thành phố Hà Nội
Tầng 6, số 41 Phạm Tuấn Tài,
P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 024 6680 0338
Hotline: 0945.659.168
Email: info@tqc.vn

Thành phố Đà Nẵng
Tầng 2, số 03 Hồ Tương,
Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0868.863.818
Email: vpdn@tqc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 1, số 86, Đường số 7 (95 Trần Thị
Nghị), Khu Cityland Center Hills,
Phường 7, Q. Gò Vấp
Điện thoại: 028.62701386; 0988.397.156
Email: vpsg@tqc.vn